ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2026

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.

Zamawiający:

Caritas Diecezji Radomskiej

ul. Kościelna 5

26-604 Radom

e-mail: radom@caritasradom.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych defibrylatorów półautomatycznych AED Nihon Kohden Cardiolife AED-3100** lub urządzeń równoważnych, spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
2. Zamawiający wymaga dostawy urządzeń kompletnych, gotowych do użytkowania, wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz dokumentacją producenta.
3. Wymagana ilość: **5 sztuk.**
4. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi **30 000,00 zł brutto**, tj. około **6 000,00 zł brutto za jeden zestaw**.
5. Miejscem dostawy będzie: ul. Kościelna 5, 26-604 Radom
6. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę defibrylatorów o następujących wymaganych cechach i parametrach:
   a) defibrylator półautomatyczny AED;
   b) model referencyjny: **Nihon Kohden Cardiolife AED-3100**;
   c) urządzenie fabrycznie nowe i nieużywane;
   d) urządzenie przeznaczone do udzielania pomocy osobom wymagającym defibrylacji;
   e) możliwość stosowania u osób dorosłych oraz dzieci;
   f) możliwość szybkiego przełączenia urządzenia w tryb pediatryczny bez konieczności wymiany elektrod;
   g) funkcja analizy rytmu serca podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ograniczająca przerwy w RKO;
   h) codzienne oraz miesięczne autotesty urządzenia zapewniające kontrolę jego gotowości do użycia;
   i) możliwość zapisu przebiegu resuscytacji w pamięci urządzenia;
   j) możliwość analizy zapisanych danych z wykorzystaniem komunikacji Bluetooth;
   k) możliwość zdalnego monitorowania stanu urządzenia i materiałów eksploatacyjnych za pomocą systemu AED Linkage – jeżeli funkcja ta jest oferowana jako opcja dodatkowa, wykonawca powinien wskazać jej dostępność i koszt;
   l) czas gotowości do podania wyładowania nie dłuższy niż 15 sekund;

m) technologia defibrylacji ActiBiphasic lub rozwiązanie równoważne;
n) masa urządzenia nie większa niż około 2,3 kg;
o) stopień ochrony obudowy minimum IP55 lub równoważny;
p) konstrukcja odporna na działanie wody i zanieczyszczeń w zakresie wynikającym z deklarowanego stopnia ochrony;
q) urządzenie przeznaczone do użytkowania w warunkach określonych przez producenta;
r) kompletne wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia.
Oferowane urządzenia muszą posiadać wymagane prawem oznakowanie, dokumentację oraz dopuszczenia do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z urządzeniami dokumentację producenta, instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego urządzenia z wymaganiami obowiązujących przepisów.
8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego, pod warunkiem że będzie ono posiadało parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze od parametrów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 21.09.2026

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia, wiedzę, doświadczenie oraz potencjał niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Zamawiający uzna spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie stosownego oświadczenia Wykonawcy.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
   a) podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
   b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1;
   c) opis techniczny oferowanego urządzenia, zawierający co najmniej nazwę producenta, model oraz podstawowe parametry techniczne;
   d) materiały producenta, katalog, kartę produktu, prospekt lub inny dokument pozwalający na weryfikację parametrów oferowanego urządzenia;
   e) informację o oferowanym okresie gwarancji oraz warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego, w tym w szczególności o czasie

reakcji serwisowej oraz maksymalnym terminie usunięcia usterki lub wymiany urządzenia.

2. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez osobę niewskazaną w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie pytania, informacje, wyjaśnienia oraz oferty mogą być przekazywane drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: radom@caritasradom.pl
2. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Krzysztof Łyżwiński

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT, cenę jednostkową brutto oraz całkowitą cenę za wykonanie zamówienia.
4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszt dostawy, transportu, opakowania oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
5. Wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: radom@caritasradom.pl
   lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: **Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 26-604 Radom.**
2. Termin składania ofert upływa: 14.09.2026r. do godziny 9^{00}

3. Oferty złożone po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie:
   a) ceny jednostkowej netto za 1 sztukę,
   b) stawki podatku VAT,
   c) ceny jednostkowej brutto za 1 sztukę,
   d) łącznej ceny netto za 5 sztuk,
   e) łącznej kwoty podatku VAT,
   f) łącznej ceny brutto za 5 sztuk,
2. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

IX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) **Cena brutto – 60% (60 pkt);**

b) **Gwarancja i serwis – 20% (20 pkt);**

c) **Jakość i parametry techniczne – 20% (20 pkt).**

Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie **100 punktów**.

1. Kryterium „Cena brutto" – 60%

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto" zostanie obliczona według wzoru:

Pc = (Cmin / Co) × 60 pkt

gdzie:

Pc – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

Co – cena brutto ocenianej oferty.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi **60 pkt**.

2. Kryterium „Gwarancja i serwis" – 20%

W ramach kryterium Zamawiający będzie oceniał długość okresu gwarancji oraz warunki obsługi serwisowej oferowanych defibrylatorów.

a) Okres gwarancji – maksymalnie 15 pkt

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

- gwarancja **24 miesiące** – 5 pkt;
- gwarancja **36 miesięcy** – 10 pkt;
- gwarancja **48 miesięcy lub dłuższa** – 15 pkt.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta będzie uznana za niespełniającą wymagań Zamawiającego i może zostać odrzucona.

Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

b) Warunki serwisu – maksymalnie 5 pkt

Punkty zostaną przyznane za oferowane warunki serwisowe:

- **0 pkt** – serwis realizowany wyłącznie na zasadach standardowych producenta, bez określonego terminu reakcji;
- **3 pkt** – zapewnienie serwisu z czasem reakcji na zgłoszenie nie dłuższym niż 3 dni robocze;
- **5 pkt** – zapewnienie serwisu z czasem reakcji na zgłoszenie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy oraz zapewnienie naprawy lub wymiany urządzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, z zastrzeżeniem dostępności części zamiennych.

Łączna liczba punktów w kryterium „Gwarancja i serwis" wynosi maksymalnie **20 pkt**.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie oferowany okres gwarancji oraz warunki świadczenia serwisu.

3. Kryterium „Jakość i parametry techniczne" – 20%

Ocena w ramach kryterium „Jakość i parametry techniczne" będzie dokonywana na podstawie parametrów technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzonych w szczególności kartą katalogową, instrukcją obsługi, prospektem producenta lub innym dokumentem producenta.

Punkty zostaną przyznane za następujące parametry:

a) Masa urządzenia – maksymalnie 5 pkt

- masa **powyżej 2,0 kg do 2,3 kg** – 2 pkt;
- masa **powyżej 1,7 kg do 2,0 kg** – 4 pkt;
- masa **do 1,7 kg włącznie** – 5 pkt.

b) Czas gotowości do podania wyładowania – maksymalnie 5 pkt

- **powyżej 10 sekund do 15 sekund** – 2 pkt;
- **powyżej 5 sekund do 10 sekund włącznie** – 4 pkt;
- **do 5 sekund włącznie** – 5 pkt.

c) Stopień ochrony obudowy – maksymalnie 5 pkt

- **IP55** – 2 pkt;
- **IP56** – 4 pkt;
- **IP57 lub wyższy** – 5 pkt.

d) Funkcjonalność i rozwiązania zwiększające użyteczność urządzenia – maksymalnie 5 pkt

- możliwość **bezprzewodowego przesyłania danych z wykorzystaniem Bluetooth** – 2 pkt;

- możliwość **zdalnego monitorowania stanu urządzenia i materiałów eksploatacyjnych** – 2 pkt;
- dodatkowe rozwiązanie zwiększające gotowość urządzenia do użycia lub ułatwiające jego obsługę, niewymagane w minimalnych wymaganiach technicznych – 1 pkt.

Łączna liczba punktów w kryterium „Jakość i parametry techniczne" wynosi maksymalnie **20 pkt**.

4. Sposób obliczenia łącznej liczby punktów

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie zostanie obliczona według wzoru:

P = Pc + Pg + Pt

gdzie:

P – łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę,

Pc – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto",

Pg – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja i serwis",

Pt – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Jakość i parametry techniczne".

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta, wynosi **100 pkt**.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów spośród ofert spełniających wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wszystkie oferowane parametry, okres gwarancji oraz warunki serwisu muszą zostać jednoznacznie wskazane w formularzu ofertowym lub w załączonym opisie technicznym. Parametry niepotwierdzone w dokumentacji producenta lub ofercie Wykonawcy nie będą uwzględniane przy ocenie.
8. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje parametry lepsze niż minimalne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, otrzyma punkty zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.
9. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający w pierwszej kolejności wybierze ofertę z niższą ceną brutto. Jeżeli również ceny będą identyczne, Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych na zasadach określonych przez Zamawiającego.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów dotyczących złożonej oferty.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców w sposób przyjęty w postępowaniu.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
5. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą lub unieważnić postępowanie.

XI. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Termin płatności wynosi **30 dni** i liczony jest od dnia doręczenia Zamawiającemu **prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia kompletnego i zgodnego z zamówieniem przedmiotu zamówienia**.

Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna 5
26-604 Radom
tel./fax: +48 48 365 29 29
www.caritasradom.pl
e-mail: radom@caritas.pl
KRS 0000 222 733

Dokument podpisany przez DAMIAN HUBERT DRABIKOWSKI
Data: 2026.09.07 15:05:08 CEST

Zatwierdzam

.....

(data i podpis osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:

.....

.....

Adres siedziby Wykonawcy:

.....

NIP: .....

REGON: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2026 dotyczące **dostawy 5 sztuk defibrylatorów półautomatycznych AED Nihon Kohden Cardiolife AED-3100 lub urządzeń równoważnych**, składam niniejszą ofertę.

1. **Oferowany przedmiot zamówienia**

Producent: .....

Model/typ: .....

Rok produkcji: .....

2. **Cena**

Cena netto za 1 sztukę: ..... zł

VAT: ..... %

Cena brutto za 1 sztukę: ..... zł

Cena netto za 5 sztuk: ..... zł

VAT: ..... zł

Cena brutto za 5 sztuk: ..... zł

Słownie:

.....

.....

3. **Termin realizacji**

Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie do:

.....

4. **Gwarancja i serwis**
   Oferowany okres gwarancji: .....
   Warunki serwisu
   .....
5. **Oświadczenia Wykonawcy**
   Oświadczam, że:
   a) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego warunki;
   b) oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany i kompletny;
   c) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego;
   d) cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
   e) zobowiązuję się do dostarczenia wymaganej dokumentacji wraz z urządzeniami;
   f) podane w ofercie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

.....

data i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

Ubiegając się o udzielenie zamówienia pn.: **„Dostawa 5 sztuk defibrylatorów półautomatycznych AED Nihon Kohden Cardiolife AED-3100 lub urządzeń równoważnych”**

oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i organizacyjnym pozwalającym na prawidłową realizację zamówienia;

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

.....

data i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany producent: .....

Oferowany model: .....

L.p.	Wymagany parametr / cecha	Spełnia/ nie spełnia
1. Defibrylator półautomatyczny AED		
2. Producent: Nihon Kohden / urządzenie równoważne		
3. Model referencyjny: Cardiolife AED-3100		
4. Urządzenie fabrycznie nowe i nieużywane		
5. Możliwość stosowania u osób dorosłych i dzieci		
6. Możliwość przełączenia w tryb pediatryczny bez wymiany elektrod		
7. Analiza rytmu serca podczas RKO		

8. Codzienne autotesty urządzenia		
9. Miesięczne autotesty urządzenia		
10. Zapis przebiegu resuscytacji w pamięci urządzenia		
11. Zapis przebiegu resuscytacji w pamięci urządzenia		
12. Możliwość zdalnego monitorowania poprzez AED Linkage / rozwiązanie równoważne		
13. Czas gotowości do podania wyładowania – maks. 15 sekund		
14. Technologia ActiBiphasic / rozwiązanie równoważne		
15. Masa urządzenia – około 2,3 kg lub mniej		
16. Stopień ochrony minimum IP55 lub równoważny		
17. Instrukcja obsługi w języku polskim		
18. Dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia z obowiązującymi wymaganiami		
19. Kompletne wyposażenie umożliwiające użytkowanie urządzenia		

Uwagi Wykonawcy:

.....

.....

.....

.....

data i podpis Wykonawcy